



Trzebnica, dnia 01.10.2018 r.

## ODPOWIEDZI

na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę i montaż zestawu składającego się z morcelatora, manipulatora i narzędzi do operacji ginekologicznych drogą laparoskopową wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi (Nr sprawy: ZO/5/2018).

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Dotyczy załącznika nr 2 do Zaproszenia: czy Zamawiający dopuści morcelator, manipulator i zestaw narzędzi zgodnie z poniższym opisem?

<b>I. Morcelator</b>
Morcelator do laparoskopowych operacji ginekologicznych składający się z: - konsoli sterującej, - elektrycznego silnika morcelatora wraz z wyposażeniem
Jednostka sterująca z kablem sieciowym o długości 5 m
Na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego
Ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę
Wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę)
zmiana kierunku obrotów
klasa ochronności co najmniej II
Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji
Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową:
Maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę
Autoklawowalny, przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji
Uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła , autoklawowalna
Włącznik nożny z kablem o długości nie mniejszej niż 3m
Stopień ochrony IPX8
Funkcja zmiany prędkości obrotów przez zmianę siły nacisku na włącznik w zakresie prezentowanym na wyświetlaczu jednostki sterującej
Uszczelka krzyżowa (10 szt) 12-20mm i płaska (10 szt) 12-20 mm
Olej do konserwacji
Wielorazowy zestaw do morcelacji zawierający:

- rurkę tnącą do morcelatora dł. 250mm (+/-2mm), średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, autoklawowalny, przeznaczona do co najmniej 20 cykli sterylizacji ,
- obturator do morcelatora dł. 350mm, średnica 15mm, autoklawowalny,
- kaniula zewnętrzna do morcelatora dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, autoklawowalna,

W zestawie kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, dł. 33 cm, śr. min. 10 mm, rozbieralne złożone z:

- plastikowej rękojeści z zapinką,
- tubusu,
- wkładu roboczego typu kulociąg, obie bransze ruchome

Dedykowany do zestawu kosz druciany do mycia i sterylizacji silnika morcelatora wraz z wyposażeniem. Kosz wyposażony odpowiednie uchwyty i mocowania umożliwiające przepłukiwanie wnętrza noża oraz kaniuli morcelatora podczas mycia w myjni automatycznej

## II. Manipulator maciczny

Manipulator maciczny – kompletne narzędzie z rączką na sprężynie, z 6-ma końcówkami, w rozmiarach: Średnica (mm) \*długość (mm): 8\*80, 10\*100, 3\*45, 3\*55, 3.2\*34, 3.2\*45

## III. Narzędzia

Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:

- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 5,5 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłączy LUER-Lock z kranikiem do podłączenia insuflacji,
- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,
- gwoździa ostrego, piramidalnego
- 2 szt.

Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 5,5 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 2 szt.

Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:

- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłączy LUER-Lock z kranikiem do podłączenia insuflacji,
- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,
- gwoździa ostrego, piramidalnego,
- 1 szt.

Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 1 szt.

Uszczelka zewnętrzna typu kapturek do trokara o śr. 5,5 mm 10 szt.

Uszczelka zewnętrzna typu kapturek do trokara o śr. 11 mm 10 szt.

Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, bipolarny, dł. 300 cm

- 2 szt.

Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 33 cm - 1 szt.

Zestaw do usuwania trzonu macicy złożony z: autoklawowalna rączka do pętli do hysterotomii do resekcji

<p>macicy jednoelementowa, monopolarna</p> <p>- 1 szt.</p>
<p>Pętla laparoskopowa, monopolarna do usuwania macicy o śr 100 mm, jednorazowego użytku</p> <p>- 2 szt.</p>
<p>Pętla laparoskopowa, bipolarna do amputacji trzonu macicy o wymiarach 175 mm, jednorazowego użytku</p> <p>- 2 szt.</p>
<p>Kleszcze laparoskopowe chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 34 cm, bransze okienkowe ząbkowane, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <p>- wkład roboczy branszy,</p> <p>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</p> <p>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</p> <p>- 1 szt.</p>
<p>Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 33 cm, bransze typu "aligator", obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części:</p> <p>- wkład roboczy branszy,</p> <p>- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,</p> <p>- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,</p> <p>- 1 szt.</p>

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie pozycji koszt druczany oraz uszczelki, spełniającego wszystkie wymagania opisane w formularzu parametrów technicznych, które nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. wyrobami medycznymi tj. producent nie wystawił dla nich deklaracji zgodności, nie ma obowiązku oznakowania znakiem CE oraz posiadają niepreferencyjną stawkę podatku VAT – 23%?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym w przypadku, gdy dla części przedmiotu zamówienia obowiązują różne stawki podatku VAT należy dla tych części rozpisac konstrukcję ceny (jak w pkt. 1 formularza ofertowego), tj.:

„ netto ..... zł. plus podatek VAT .... %  
= brutto .....zł.”

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

*Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.*

Z poważaniem,  
SI ZOZ Szpital im. Św. Józefa  
w Trzebnicy  
p.o. Dyrektora  
*Mariusz Misiuna*